



UENP - Divisão de Licitações Licitações <licitacao@uenp.edu.br>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO 08/2022 - PROCESSO 936270

UENP - Divisão de Licitações Licitações <licitacao@uenp.edu.br>

19 de maio de 2022 14:08

Para: NACIONAL ATACADISTA BRASIL LTDA EPP <nacionalatacadistabrasil@gmail.com>

Boa tarde!

Informamos que a faixa de temperatura configurável entre -50° C e -86° C atende a especificação mínima solicitada no edital, pois indica que o equipamento é capaz de operar em uma faixa de trabalho mais fria do que a solicitada (pelo menos -40° C a -80° C).

Atenciosamente.

Divisão de Licitações - UENP

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--