



Pedido de Impugnação – Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

Resposta Dep. Técnico (Coordenação do Curso de Odontologia)

Item 01 do Lote 01 – (Aparelho de RX periapical)

Informamos que existem outras marcas de aparelho de raio X com base em tipo “U”, por exemplo o Raios-X Sommo da marca Gnatus, que apresenta inclusive seleção de exposição de tempo com características superiores ao exigido no Edital.

Item 01 do Lote 02 – (Conjunto Odontológico)

O descritivo do equipo visa afastar sistemas de acionamento elétrico, já obsoletos, ressaltamos que existem mais empresas que produzem equipos com sistema de acionamento pneumático por bloco, como por exemplo da marca Pallas.

O suporte de pontas em peça única e destacável se faz necessário para facilitar a manutenção e higienização, vale lembrar que por se tratar de uma Clínica Escola a rotatividade de usuários do sistema é maior que de um consultório individual.

Jacarezinho, 05 de dezembro de 2016.

Prof. Dr. José Sidney Roque

Vice-Coordenador do Curso de Odontologia